



Łódzka  
Specjalna Strefa  
Ekonomiczna



Rzeczpospolita  
Polska



Finansowane przez  
Unię Europejską

*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna*

Myjka ultradźwiękowa.

**Wymagana specyfikacja techniczna:**

wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.)	550 x 300 x 250 mm	+/-20%
wymiary zew. (dł. x szer. x wys.)	670 x 480 x 350 mm	+/-20%
pojemność	40 l	+/-10%
moc ultradźwiękowa (max/okres)	2 x 1000 W	+/-10%
częstotliwość	40 kHz	+/-10%
moc układu grzania	1200 W	+/-10%
regulator temperatury	30-80°C	+/-10%
układ czasowy	0-30 min	
waga	40 kg	+/-20%
zawór spustowy	1/2 cala	